

Số: 330/NĐTW-VTTB  
V/v Mời chào giá Súng sinh thiết

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm Súng sinh thiết với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội..*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá *ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu\_yte@nhtd.vn.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

- *Nhận qua email: [vattu\\_yte@nhtd.vn](mailto:vattu_yte@nhtd.vn).*

\* *Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03 tháng 04 năm 2025 đến hết ngày 15 tháng 04 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2025

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Súng sinh thiết , bao gồm:



| STT | Danh mục        | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | Súng sinh thiết | Theo Phụ lục đính kèm                                                                | 1                   | Cái         |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản Súng sinh thiết : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 100 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Thanh toán: Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Phạm Ngọc Thạch**

BỆNH VIỆN  
BỆNH NHIỆT ĐỚI  
TRUNG ƯƠNG



BỘ Y TẾ  
**BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Phụ lục: Chi tiết chỉ tiêu kỹ thuật mua sắm Súng sinh thiết.**

*(Theo Yêu cầu báo giá ngày 03/04/2025 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)*

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Súng sinh thiết   | Cái         | 1        | Súng sinh thiết tự động, dùng nhiều lần dùng sinh thiết mô mềm:<br>- Chiều dài: 13cm ( $\pm 1$ cm)<br>- Có cơ chế quan sát tình trạng súng, đánh dấu bằng chỉ thị màu sắc trên kim sinh thiết<br>- Điều chỉnh độ sâu lấy mẫu trong khoảng từ $\leq 15\text{mm}$ đến $\geq 22\text{mm}$ , có vạch chia quan sát độ sâu trên thân súng;<br>- Có 2 vị trí bắn súng, thích hợp cho cả người thuận tay phải và tay trái;<br>- Có thể sinh thiết một hoặc nhiều mẫu mô từ bệnh nhân trong cùng một lần chọc;<br>- Có thể hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ 134°C hoặc ethylene oxide hoặc tương đương;<br>- Có thể sử dụng kết hợp với kim sinh thiết dùng 1 lần (đường kính kim 18G với độ dài kim 100mm/150mm/200mm/250mm/280mm);<br>- Có kèm theo lọ dầu bôi trơn |