

Số: 781 /NĐTƯ-VTTB
V/v Mời chào giá dịch vụ mua sắm máy
siêu âm xách tay đen trắng

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Đơn vị cung cấp giá dịch vụ mua sắm máy siêu âm xách tay đen trắng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp giá dịch vụ mua sắm máy siêu âm xách tay đen trắng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ks. Bùi Văn Tấn Phó Trưởng Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, SĐT: 0986 931 071,
Email: vattu_yte@nhtd.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.

* Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi thông báo đến trước 17h ngày 15 tháng 07 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 15 tháng 07 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục dịch vụ mua sắm máy siêu âm xách tay đen trắng: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phó giám đốc (để phối hợp, chỉ đạo);
- Lưu VT, VTTB.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN
BỆNH NHIỆT ĐỐI
TRUNG ƯƠNG

Phạm Ngọc Thạch

Phụ lục: Cung cấp dịch vụ mua sắm máy siêu âm xách tay đen trắng.

Stt	Danh mục	Mô tả dịch yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
I	Máy siêu âm xách tay đen trắng	<p>A. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở đi- Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50/60 Hz- Điều kiện môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$+ Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ <p>B. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Máy- Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm:<ul style="list-style-type: none">+ Đầu dò Convex: 01 Cái+ Đầu dò Linear: 01 Cái+ Dây nguồn: 01 Cái+ Phần mềm đo đạc (tích hợp trong máy) : 01 Gói+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 Bộ <p>C. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <p>1. Máy chính</p> <ul style="list-style-type: none">- Màn hình hiển thị LED hoặc tương đương ≥ 12 inch, độ phân giải $\geq 1024 \times 768$- Màn hình có thể điều chỉnh góc nghiêng ≥ 30 độ- Bảng điều khiển có các phím chữ - số và các phím định danh do người dùng cài đặt- Ổ cứng tích hợp $\geq 1\text{TB}$- Pin vận hành tối đa ≥ 120 phút- Số cổng cắm đầu dò hoạt động: ≥ 02 cổng- Có kèm các cổng kết nối thiết bị ngoại vi: USB, VGA, Ethernet, Cổng ra video <p>2. Đầu dò Convex:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tần số trung tâm: ≥ 3.5 MHz- Số chân tử: ≥ 80- Trường nhìn tối đa: $\geq 80^{\circ}$- Ứng dụng: Phụ khoa, Sản khoa, Nhi khoa, Ổ bụng <p>3. Đầu dò Linear:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tần số trung tâm: ≥ 7.5 MHz- Số chân tử: ≥ 80- Trường nhìn tối đa: $\geq 38\text{mm}$- Ứng dụng: Nhi khoa, Bộ phận nhỏ, Mạch máu, Cơ xương khớp. <p>4. Chế độ hình ảnh</p> <ul style="list-style-type: none">- B-Mode- M-Mode <p>5. Phần mềm đi kèm máy</p> <ul style="list-style-type: none">- Tính năng phóng to hình ảnh toàn màn hình chỉ với một nút bấm- Tính năng tự động tối ưu hóa hình ảnh chỉ với một nút bấm- Tích hợp trạm quản lý dữ liệu bệnh nhân thông minh cho nhân viên dùng lưu trữ/truy xuất/print toàn bộ dữ liệu của	01	Máy



		<p>những bệnh nhân đã lưu</p> <p>6. Thông số hình ảnh</p> <p>- Chế độ hình ảnh B</p> <ul style="list-style-type: none"> + Độ sâu hiển thị: từ ≤ 0.9 cm đến ≥ 37 cm + Tốc độ khung hình (tối đa): ≥ 370 khung hình/giây + Điều chỉnh được số tiêu điểm: ≥ 4 + Điều chỉnh được vị trí tiêu điểm (tối đa): ≥ 16 + Dải động: ≤ 30 đến ≥ 220 + Tăng sáng toàn phần: 0 đến ≥ 100 dB + TGC: ≥ 8 + Xoay trái/phải, trên/dưới + Xoay: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ <p>- Chế độ hình ảnh M</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tăng sáng toàn phần: 0 đến ≥ 100 + Tốc độ: 1 đến ≥ 6 + Giảm nhiễu: 0 đến ≥ 14 <p>D. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng trong vòng ≤ 90 ngày tại Bệnh Viện - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ sau khi nghiệm thu - Cam kết cung cấp chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ) kèm theo khi bàn giao thiết bị - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn bảo quản và bảo trì cho nhân viên kỹ thuật - Nhà cung cấp phải có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc giấy uỷ quyền bán hàng của đại lý phân phối tại Việt Nam - Cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng ≤ 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng hoặc bên mua - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, sửa chữa ≥ 8 năm kể từ ngày bàn giao thiết bị 		
--	--	---	--	--

