

Số: 108/NĐTW-VTTB  
V/v Mời chào giá Mua sắm, sửa chữa,  
bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá *ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu\_yte@nhtd.vn.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

- *Nhận qua email: vattu\_yte@nhtd.vn.*

\* *Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 06 năm 2025 đến hết ngày 04 tháng 07 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2025

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, bao gồm:

| Stt | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|

| Stt | Danh mục                                                                         | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | Máy nội nha tích hợp định vị chóp                                                | <p>Máy nội nha tích hợp định vị chóp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu hình cho 01 thiết bị.</li> <li>-Thiết bị mới 100%</li> <li>-Năm sản xuất: 2025 trở đi.</li> <li>-Thân máy: 01 thân máy với màn hình hiển thị.</li> <li>-Trục khuỷu: 01 chiếc</li> <li>-Dây nguồn: 01 chiếc.</li> <li>-Đế sạc: 01 chiếc.</li> <li>-Bộ sạc: 01 bộ</li> <li>-Dây kết nối : 01 bộ</li> <li>-Móc môi:02 bộ</li> <li>- Kẹp file: 02 bộ</li> </ul> | 02                  | Cái         |
| 2   | Máy xét nghiệm huyết học. Model: XN-1000<br>Hãng nước sản xuất: Sysmex/Nhật Bản. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng theo định kỳ 3-6 tháng/1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</li> <li>- Vệ sinh và kiểm tra các thông số kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất.</li> <li>- Nâng cấp phần mềm mới nhất (nếu có)</li> <li>- Khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy</li> <li>- Hỗ trợ tư vấn từ xa, sửa chữa thiết bị tại chỗ khi máy hư hỏng.</li> </ul>                                      | 01                  | Cái         |
| 3   | Máy xét nghiệm đông máu. Model: CN-3000<br>Hãng nước sản xuất: Sysmex/Nhật Bản.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng theo định kỳ 3-6 tháng/1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.</li> <li>- Vệ sinh và kiểm tra các thông số kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất.</li> <li>- Nâng cấp phần mềm mới nhất (nếu có)</li> <li>- Khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy</li> <li>- Hỗ trợ tư vấn từ xa, sửa chữa thiết bị tại chỗ khi máy hư hỏng.</li> </ul>                                      | 01                  | Cái         |
| 4   | Máy theo dõi bệnh nhân.                                                          | Dịch vụ sửa chữa, thay thế cho máy theo dõi bệnh nhân (Giá treo, đầu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05                  | Cái         |

| Stt | Danh mục                                 | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|     |                                          | đo SPO2) Model: PMS8000D<br>Hãng nước sản xuất: Fazzini, Italy/<br>Trung Quốc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |
| 5   | Màn hình quan sát phòng chụp CT128 lát.  | Dịch vụ sửa chữa, thay thế màn hình quan sát phòng chụp CT128 lát (Màn hình không lên hình)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                  | Cái         |
| 6   | Máy giặt công nghiệp.                    | Dịch vụ sửa chữa, thay thế cho máy giặt công nghiệp (màn hình không điều khiển được, ống thoát nước bị vỡ) Model: W5600X<br>Hãng nước sản xuất: Electrolux/<br>Thụy Điển                                                                                                                                                                                                                   | 01                  | Cái         |
| 7   | Hệ thống máy nén khí trung tâm.          | Dịch vụ sửa chữa, thay thế cho Hệ thống máy nén khí trung tâm (Hệ thống mất toàn bộ khí) Model: Boge C20<br>Hãng nước sản xuất: Boge/ Đức                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                  | Cái         |
| 8   | Giường điện tập đứng phục hồi chức năng. | Nguồn điện : AC220V±22V; tần số 50Hz±1Hz.<br><br>Dài 1900mm, rộng 600mm, cao 520mm<br><br>Góc độ điều chỉnh của giường: 0-90 độ<br><br>Chất liệu: Đầu và khung giường bằng thép.<br><br>Bề mặt giường phủ sơn tĩnh điện màu trắng.<br><br>Bề ngoài phẳng, mặt trước là hình vuông, bốn góc song song và bề mặt không có khuyết điểm .<br><br>Trọng lượng: ≥ 32kg<br><br>Tải trọng: ≥ 150kg | 01                  | Cái         |
| 9   | Xe đạp tập                               | Khối lượng ≥ 30.5 Kg<br>Kích thước sử dụng 132x76x109cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03                  | Cái         |



| Stt | Danh mục                 | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                                                                         | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|     |                          | Tải trọng người dùng $\geq 100$ Kg<br>Thông số hiển thị Calo, Thời Gian, Tốc Độ, Quãng Đường<br>Chất liệu Thép, Nhựa Plastic<br>Màu sắc Trắng.                                                                               |                     |             |
| 10  | Hệ thống máy lọc nước RO | - Tẩy khuẩn bồn chứa và đường ống inox nước RO cấp cho máy lọc thận nhân tạo.<br>- Bao gồm hóa chất diệt khuẩn MDT4 Plus (Can/5 lít) .<br>- Kiểm tra tồn dư bằng que test tồn dư hóa chất nhanh Serim.<br>- 03 tháng/ 1 lần. | 04                  | Hệ thống    |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản linh kiện, phụ kiện thay thế và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  $\leq 90$  ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Thanh toán: Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.

  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**Phạm Ngọc Thạch**