

Số: 766 /NĐTW-VTTB
V/v Mời chào giá Linh kiện thay thế sửa
chữa Máy cộng hưởng từ

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Linh kiện thay thế sửa chữa Máy cộng hưởng từ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá *ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhhd.vn.*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.*

- Nhận qua email: vattu_yte@nhhd.vn.

* Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ nhận tiếp nhận báo giá trực tiếp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 07 năm 2025 đến hết ngày 18 tháng 07 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Linh kiện thay thế sửa chữa Máy cộng hưởng từ, bao gồm:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Đầu lạnh	- Đầu lạnh phải tương thích hoàn toàn và kết nối đồng bộ với máy chụp cộng hưởng từ 3.0T (SIGNA Pioneer/GE) - Chức năng của Đầu lạnh là tạo ra quá trình làm lạnh liên tục theo chu trình kín ở nhiệt độ, tùy thuộc vào tải nhiệt áp đặt, trong khoảng 25 K đến 45 K cho trạm lạnh cấp một và trong khoảng 3.5 K đến 4.2 K đối với trạm lạnh giai đoạn hai. - Đầu lạnh có ba thành phần chính: + Bộ phận truyền động + Bộ phận hình trụ xi lanh + Cụm bộ tái sinh-dịch chuyển (được đặt bên trong xi lanh). - Đầu lạnh có công suất lạnh giai đoạn 1 là 53W ở 43K theo hướng thẳng đứng, giai đoạn 2 là 1.25W ở 4.2K theo hướng thẳng đứng. - Nguồn điện cung cấp: 3 pha 200V, 50/60 Hz - Gioăng tròn: Đường kính trong 4.987 inch, dày: 0.103 inch - Gioăng bằng Indium: Đường kính ngoài 3.37 inch - Bộ đệm dây Indium - Khuôn cho bộ đệm Indium	01	Cái
2	SSSPS with FRU packing	SSSPS with FRU packing phải tương thích hoàn toàn và kết nối đồng bộ với máy chụp cộng hưởng từ 3.0T (SIGNA Pioneer/GE)	01	Cái
3	CLUTCH FOR LONG DRIVE	CLUTCH FOR LONG DRIVE phải tương thích hoàn toàn và kết nối đồng bộ với máy chụp cộng hưởng từ 3.0T (SIGNA Pioneer/GE)	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản Linh kiện thay thế sửa chữa Máy cộng hưởng từ : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không quá 30% giá trị hợp đồng.
- Thanh toán: Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.


GIÁM ĐỐC


Phạm Ngọc Thạch