

Số: 795/NĐTW - HCQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

V/v: Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán
mua sắm túi ép tiệt trùng và khí EO gas khử
khuẩn dụng cụ tại bệnh viện

Kính gửi: - Các doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế trên địa bàn

Căn cứ tờ trình số 145A/TTr-HCQT ngày 09 tháng 7 năm 2025 về việc phê duyệt danh mục túi ép tiệt trùng và khí EO gas khử khuẩn dụng cụ tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo danh mục sau:

STT	Tên sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Túi ép tiệt trùng 20cm x 200m	- Túi ép tiệt trùng được sản xuất từ 2 chất liệu sau: 1 lớp giấy và 1 lớp film.- Đường ép chắc chắn và bền vững trong suốt quá trình tiệt trùng (Hơi nước hoặc khí EO) và trong quá trình sử dụng.- Chất liệu giấy: +> Trọng lượng giấy: 70g/m ² +> Độ dày: (80µm - 120µm) ± 5+> Độ thấm khí: 300 - 1000 ml/min+> Độ thấm nước bề mặt: 9-30 s/10mlQ- Màng film đa lớp: +> Độ dày: 52µm (gồm 2 lớp: PET dày 12µm; CPP dày 40µm)+> Khả năng chịu nhiệt: 170°C- Chất chỉ thị: +> Chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu Vàng - Cam khi tiệt trùng bằng khí EO.+> Chỉ thị màu Xanh chuyển sang màu Nâu - Đen khi tiệt trùng bằng hơi nước.- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015.	Cuộn	50	
2	Túi ép tiệt trùng 30cm x 200m		Cuộn	35	
3	Bình khí EO gas 170g	Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp	Bình	30	

Thư báo giá được scan (chụp) gửi về Bệnh viện qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn hoặc đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. (Ths Minh, ĐT: 0968741088)

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 14/7/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá P. HCQT
- Lưu P.HCQT

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
BỆNH NHIỆT ĐỐI
TRUNG ƯƠNG
Phạm Ngọc Thạch