

Số: 155/NĐTW-VTTBYT
V/v Mời chào giá trang thiết bị, VTYT
tiêu hao, y dụng cụ

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho việc mua sắm trang thiết bị, VTYT tiêu hao, y dụng cụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

ThS. Bùi Văn Tấn, Phó trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Số điện thoại: 098.693.1071, email: vattu_yte@nhtd.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thôn Bàu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.*

- *Nhận qua email: vattu_yte@nhtd.vn.*

** Lưu ý: Đơn vị cung cấp báo giá qua email vẫn phải gửi bản gốc báo giá đến địa chỉ tiếp nhận báo giá trực tiếp.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h ngày 14 tháng 7 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh sách Vật tư y tế tiêu hao, bao gồm: *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế tiêu hao:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán: Tùy theo nhu cầu sử dụng, hàng tháng chủ đầu tư sẽ thông báo danh mục vật tư và số lượng cụ thể cho nhà thầu (được thể hiện qua số lượng thực tế hoặc biên bản giao nhận hàng hóa) và chủ đầu tư sẽ thanh quyết toán cho nhà thầu theo số lượng thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.



Phạm Ngọc Thạch

BỆ
ỆNH
TRU

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VẬT TƯ Y TẾ, Y DỤNG CỤ, THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài kèm Catheter não thất	cái	10	- Catheter não thất trong suốt dài 35 cm, đường kính trong 1.5 mm, đường kính ngoài 2.8 mm - Có màng lọc kị nước ở phía trên ống đong có tác dụng lọc vi khuẩn và giúp tránh bị ảnh hưởng khi dịch trong ống bị nghiêng trong quá trình vận hành. - Có vị trí để lấy dịch não tủy đi xét nghiệm và vị trí để tiêm thuốc, hóa chất vào não thất khi cần. - Bình chứa dịch tạm 50 ml. Túi chứa dịch 700 ml - Có Khóa hệ thống chính với vị trí gắn bộ chuyển đổi, khóa có 4 vị trí "Off" - Thang đo áp lực dòng chảy đảm bảo cho dịch chảy đúng áp suất yêu cầu, hỗ trợ việc theo dõi áp suất não. - Có một túi chứa dịch thoát ra có thể tháo rời với các vạch chia độ thể tích và lỗ thông khí rào cản vi sinh vật - Có hai kẹp trượt trên đường thoát nước để theo dõi dòng chảy và lấy mẫu - Có đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ gồm: trocar, các loại khóa catheter, các dụng cụ kết nối, dụng cụ cố định catheter và có hướng dẫn sử dụng (ở trên tấm bảng) - Đạt tiêu chuẩn FDA.	
2	Băng dính cá nhân y tế UGOTANA	Hộp	1500	- Lót nền: Vải Viscose và Polyamide, có độ co giãn tốt, không thấm nước. - Gạc: Màu trắng, phủ lớp lưới Polyethylene không gây dính. - Keo: Oxyd kẽm, không dùng dung môi.	
3	Cọc truyền đi động	Cái	20	- Cọc truyền đi động 5 chân, 4 móc - Chất liệu: inox 201 không gỉ	

					- Có nút điều chỉnh độ cao - Cụm 4 móc treo đặc φ5 - Chân làm bằng hộp 30x60, có 5 chân ống vuông có bánh xe để di chuyển dễ dàng, có khóa
4	Mask thở có vành bơm hơi (mask cho bóng ampu)	Cái	20		- Được làm bằng nhựa PVC trong dùng trong y tế. - Không có Latex - Vành bơm hơi đảm bảo cho việc kín khí - Vòng màu giúp dễ dàng phân biệt các cỡ - Đầu nối tiêu chuẩn (15/22 mm) - 7 cỡ :0, 1, 2, 3, 4, 5, 6#
5	Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	25		- Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,.... - Có loại sử dụng 1 lần hoặc sử dụng nhiều lần, 1 dây hoặc 2 dây, dây làm bằng chất liệu cao su - Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh - Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần, chất liệu vải cho loại dùng 1 lần.
6	Khay inox (khay quả đậu)	Cái	36		Kích thước: 20x13x3 cm Chất liệu thép không gỉ.
7	Bát kền inox	Cái	60		Chất liệu thép không gỉ, có khả năng chống ăn mòn và độ bền tốt.
8	Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 16cm	Cái	41		Chất liệu thép không gỉ, dài 16cm, hai đầu nhọn và được sử dụng để cắt chỉ, bông băng, gạc và các vật liệu y tế
9	Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 11.5cm	Cái	30		Chất liệu thép không gỉ, dài 11,5cm, hai đầu nhọn và được sử dụng để cắt chỉ, bông băng, gạc và các vật liệu y tế
10	Panh phẫu thuật thẳng có máu, không máu 16cm	Cái	77		Chiều dài: 16cm. Hình dạng: Thẳng, không có máu ở đầu kẹp. Chất liệu: Thép không gỉ (inox)
11	Kẹp phẫu tích không máu 16cm	Cái	65		Chiều dài: 16cm. Hình dạng: Thẳng, có máu ở đầu kẹp. Chất liệu: Thép không gỉ (inox)
12	Kìm kẹp kim 16cm	Cái	10		Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài: 16cm.

13	Dao mổ loại chỉ cán số 3, 4	Cái	10	Chất liệu thép không gỉ. Thiết kế: Tay cầm dẹt, giúp cầm nắm thoải mái và chắc chắn.	
14	Khay đựng dụng cụ I inox (khay chữ nhật)	Cái	11	Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương Kích thước: 250x200x30mm	
15	Hộp inox tròn	Cái	27	- Chất liệu: Được làm bằng inox bóng sáng, không rỉ sét - Kích thước: ϕ 7.5 cm - Màu: Bạc - Tính năng: Dùng để đựng bông, bông tẩm cồn hoặc lưu mẫu thức ăn	
16	Trụ cầm pank inox	Cái	9	- Chất liệu: thép không gỉ hoặc inox loại 304, đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và dễ dàng vệ sinh. - Kích thước: Đường kính miệng: Khoảng 5cm. Đường kính đáy: Khoảng 10cm. Chiều cao: Khoảng 13cm.	
17	Lưu lượng kế oxy	Cái	10	- Loại khí: Oxy y tế - Áp suất làm việc: ≤ 0.5MPa - Dải lưu lượng: 1-10L/phút 1-15L/phút - Kết nối đầu vào: Loại G(DIN13260) - Kết nối đầu ra: G3/8-19" - Bình tạo ẩm dung tích : 200ml	
18	Đồng hồ đo áp suất oxy A6 Kimura	Cái	05	- Áp lực đầu vào: 15 MPa - Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa - Van an toàn: $0,35 \pm 0,05$ Mpa - Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L / phút - Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa	
19	Huyết áp kế đồng hồ No.500-V	Cái	05	- Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg - Độ chính xác ± 3mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao - Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. - Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không)	
20	Xe lăn	cái	04	- Chất liệu khung: Thép mạ crôm. - Chất liệu ghế: Da simili màu đen.	

					- Độ rộng ghế ngồi: 46cm. - Tải trọng tối đa: 120kg. - Trọng lượng xe: 17,3kg. - Trọng lượng bao bì: 19,3kg. - Kích thước: 93cm x 21cm x 87cm (kích thước đóng gói) Chất liệu thun cotton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa chắc chắn. Công dụng: Dùng trong lấy máu - Thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn và dễ sử dụng. - Giúp giữ, hỗ trợ và cố định cánh tay bị bong gân hoặc gãy. - Dây treo ngăn gồm 1 phần hỗ trợ tay được tính vào dây đai vòng qua phía sau cổ. - Dây treo được sản xuất có 1 kích cỡ và có thể sử dụng cho tay trái và tay phải.	
21	Dây garo có khóa phẫu thuật	Cái	50			
22	Túi treo tay	cái	100			
23	Dây nối dẫn nước tưới hút cho tay dao HEPACCS	cái	6			
24	Cây thông đặt nội khí quản khó Bougie	cái	20			- Đầu cong (Coudé angled tip) giúp định hướng dễ dàng. - Có đường thông khí. - Có các vạch chia đánh dấu rõ ràng trên thân, giúp xác định độ sâu khi đặt. - Kích cỡ: 15Fr/5.0mm, chiều dài 700mm. - Đường kính ống nội khí quản sử dụng nên từ 6.0-11.0mm.
25	Lamen 22x40	Chiếc	9.000			- Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, không mốc, không xước, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. - Độ dày: 0,13 - 0,16 mm. Tiêu bản hình chữ nhật có kích cỡ 22x40mm - Tiêu chuẩn: ISO 9001
26	Miếng lót bệnh phẩm sinh thiết	Cái	10.000			- Kích thước: 30x25x2mm - Quy cách: Túi 1000 cái - Thiết kế giúp giữ các mẫu sinh thiết, dùng được với tất cả các loại cassette thông thường

Phụ lục 2 - Mẫu báo giá

Áp dụng đối với mua sắm trang thiết bị y tế; mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Thông số kỹ thuật	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thành tiền (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí (nếu có)) ⁽⁹⁾ (VND)	Mã 5086 Ảnh xạ bảo hiểm
1	Vật tư Thiết Bị A									
2	Vật tư Thiết Bị B									
n	...									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày tháng ... năm 2025 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu ghi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.